

# 两件式造口袋系统

## 收集用品



将造口袋、皮肤底盘、一次性垃圾袋、纸巾和/或清洁布以及水收集到一处。可选：剪刀、笔、测量尺和/或附件。

## 移除使用过的造口袋系统



小心地提起黏胶的边缘并向下剥离，轻轻将皮肤推离皮肤底盘。正确弃置使用过的造口袋和皮肤底盘。请勿将撕下的（造口袋）直接冲入厕所下水道。

## 清洁并干燥皮肤



按照医疗保健专业人员的建议，用水或温和的肥皂清洁皮肤。彻底冲洗并干燥。请勿在皮肤上使用油脂、粉末、乳液或乳液型肥皂。

## 检查皮肤状况



检查以确保造口周围的皮肤（造口周围）完好无损，无刺激、皮疹或发红。\*

\*如果注意到刺激、皮疹或发红现象，请与 WOC/NSWCC 护士联系

## 准备皮肤底盘和造口袋



每次应用底盘之前，使用造口测量尺测量造口（如果使用预先确定尺寸的底盘开口，请转到步骤7）。



在皮肤底盘上勾绘确定的底盘尺寸开口。皮肤底盘应与皮肤和造口相接处贴合。确认皮肤底盘和造口之间没有皮肤露出，以帮助防止渗漏和皮肤刺激。



使用小型弯剪，小心地在皮肤底盘上剪出开口以匹配图案。修剪时请勿超出离型纸上印刷的线。



从皮肤底盘上撕下离型纸。

## 如果需要，添加防漏膏或防漏环



如果合适，按照使用说明在开口周围应用底盘环或涂抹薄层防漏膏。

## 应用新的造口袋系统



将皮肤底盘开口以菱形居中放置在造口上方。对于带胶带边缘的底盘，请撕下两侧的背纸，然后将黏胶压在皮肤上。




轻轻按压皮肤底盘约一分钟，以获得最佳粘连。



通过啮合造口袋连接环和皮肤底盘连接环的下边缘，将造口袋连接到皮肤底盘。

将两个连接环按压在一起。一连串“咔哒声”将确认您已正确执行此操作。没有更多的“咔哒声”意味着造口袋已固定。



关闭造口袋底部。如果使用可引流的造口袋，请关闭造口袋底部的 Lock 'n Roll 微密封口或使用造口袋封夹。有关如何使用此封口系统的更多信息，请参阅 Lock 'n Roll 微密封口护理提示。



如果使用尿流改道术造口袋，请确保排放阀已关闭。排放阀上的泪珠标志应面向造口袋的主体侧。

如果需要，请使用盒内提供的盖。

## 两件式造口袋系统

提示	产品清单	库存编号
<ul style="list-style-type: none"><li>造口周围的皮肤不应出现任何皮疹或疮迹象</li><li>受刺激的皮肤应由医疗保健专业人员进行评估</li><li>如果使用底盘环或防漏膏，请按照指示将其应用在造口开口旁边的皮肤底盘粘性一侧</li><li>手术后造口可能会肿胀。造口可能需要数周或数月时间才能缩小至其永久尺寸</li><li>清洁时，造口可能会轻微流血</li><li>不建议在长时间佩戴的皮肤底盘下使用护肤擦布，因为它们可能会缩短佩戴时间</li></ul>	<b>两件式造口袋系统</b>	
	皮肤底盘	_____
	造口袋	_____
	<b>附件</b>	
	底盘环	_____
	造口带	_____
	防漏膏	_____
润滑除臭剂	_____	
造口粉	_____	
其他	_____	

### 附加说明

---

---

---

---

---

---

---

---

使用皮肤底盘前，皮肤应保持清洁和干燥。

使用前，请务必阅读使用说明，了解有关预期用途、禁忌症、警告、注意事项和说明的信息。

Hollister 徽标、Lock 'n Roll 和“皮肤健康。效果卓著。”是 Hollister Incorporated 的商标。  
© 2022 Hollister Incorporated. 923081-1118 ANZ Chinese-2P

**Hollister Australia**  
PO Box 375,  
Box Hill, VIC 3128  
[www.hollister.com.au](http://www.hollister.com.au)

**Customer Care**  
**1800 880 851**  
[priority@hollister.com.au](mailto:priority@hollister.com.au)

**Hollister New Zealand**  
PO Box 107097,  
Auckland Airport, Auckland 2150  
[www.hollister.co.nz](http://www.hollister.co.nz)

**Customer Care**  
**0800 678 669**  
[NZCustomerService@libmed.co.nz](mailto:NZCustomerService@libmed.co.nz)